

kunnskapsprøven. Hvem skal formidle informasjon til kunder? Her foreslår DSA å lempe på et krav for at virksomheter skal kunne tilby en kreftfremkallende tjeneste, istedenfor å forby virksomheter som ikke etterlever kunnskapskravet å tilby solarium. DSA påpeker at betjente solarier likevel må sørge for at «ansatte med kundekontakt får tilpasset opplæring i solariebruk og relevante risikofaktorer». Det er rimelig å spørre hvordan virksomhetene skal kunne sørge for at disse faktisk får opplæring uten den standardiserte «solarieprøven». Dette vil i praksis bli enda vanskeligere å etterleve, og ikke minst å kontrollere ved tilsyn. Denne endringen vil dessuten ikke sikre etterlevelse av kravene i strålevernforskriften §16 om internkontroll eller til kompetanse hos ansatte.

Kreftregisteret støtter ikke forslaget til endring, og vil advare om at endringen kan medføre økt bruk av kreftfremkallende solarier, også blant mindreårige.

Kommentar til punkt 3 Justering i kravet om alderskontrollsystem

Strålevernforskriften § 37 stiller krav om alderskontroll ved bruk av solarier, og første ledd bokstav b viser til at «videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter» anses som tilfredsstillende løsning for system for alderskontroll. Dette er bare en av flere mulige løsninger for adgangskontroll. Virksomhetene velger selv det system som passer for dem.

DSA foreslår at forskriften justeres, slik at det ikke lenger er krav om dokumentleser, men kun at løsningen består av «videokamera tilknyttet kundesenter». I følge høringen har det i praksis vist seg at solariebransjen ikke benytter løsningen med videoautomat og dokumentleser. Videokamera med god oppløsning og kvalitet knyttet til kundesenter anses som tilfredsstillende kontroll alene, og krav om dokumentleser fremstår derfor overflødig.

Krav om systemer for adgangskontroll er innført for å sikre at personer under 18 år ikke gis adgang til solarium. Det vesentlige er at systemene fungerer. Dersom videokameraet som anvendes, er av en slik kvalitet at både identifikasjon og ansiktet til kunden kan leses og ses tydelig, og systemet fungerer i henhold til hensikten, har Kreftregisteret ingen innsigelser mot denne foreslåtte endringen.

Med vennlig hilsen

Giske Ursin
Direktør

Trude Eid Robsahm
Forsker

Dokumentet er elektronisk godkjent